

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ТИТАНОМАГNETИТОВОГО УТЯЖЕЛИТЕЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

ГСО 8149-2002

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производств: Государственный стандартный образец состава титаномагнетитового утяжелителя буровых растворов. Техническое задание, утвержденное 23.01.2002 г.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное производство.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА:

Экземпляры с № 1 по № 155, июль 2002 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений состава титаномагнетитового утяжелителя буровых растворов по ТУ 1769-067-00203938-2000.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** СО используется вне сферы государственного регулирования;

- **область применения:** предприятия горнодобывающей промышленности.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

ТУ 1769-067-00203938-2000 Утяжелитель буровых растворов титаномагнетитовый.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из титаномагнетитового утяжелителя буровых растворов по ТУ 1769-067-00203938-2000, измельченного до крупности 0,071 мм, расфасованного по 100 г в двойной полиэтиленовый пакет.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика СО	Аттестованное значение, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95$, %
Массовая доля TiO_2	83,14	$\pm 0,15$

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 20 лет

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в левом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - ОАО «Апатит», 184250, г. Кировск, Мурманская обл.,
ул. Ленинградская, 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ОАО «Апатит», 184250, г. Кировск, Мурманская обл.,
ул. Ленинградская, 1.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись

Е.Р.Петросян
расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2012 г.