

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ЭГИРИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА

ГСО 8147-2002

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производств: Государственный стандартный образец состава эгиринового концентрата. Техническое задание, утвержденное 23.01.2002 г.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное производство

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА:

экземпляры с №1 по № 169, июль 2002 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений состава эгиринового концентрата по ТУ 2111-014-00203938-2000.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** СО используется вне сферы государственного регулирования;

- **область применения:** предприятия электротехнической промышленности, черной металлургии.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

ТУ 2111-014-00203938-2000 Концентрат эгириновый.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из эгиринового концентрата по ТУ 2111-014-00203938-2000, измельченного до крупности 0,071 мм, расфасованного в двойной полиэтиленовый пакет.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика СО	Аттестованное значение, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95$, %
Массовая доля Fe_2O_3	22,80	$\pm 0,20$
Массовая доля SiO_2	44,96	$\pm 0,13$
Массовая доля Na_2O	6,48	$\pm 0,07$
Массовая доля K_2O	1,23	$\pm 0,04$

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 20 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в левом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - ОАО «Апатит», 184250, г. Кировск, Мурманская обл.,
ул. Ленинградская, 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ОАО «Апатит», 184250, г. Кировск, Мурманская обл.,
ул. Ленинградская, 1.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ Е.Р.Петросян
подпись расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2012 г.