Приложение к сертификату № 1692
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Головного
Органа ГССО
С.В.Медведевских
2006 г.
М.П.

Государственный стандартный образец состава никотинсалицилата

ВНЕСЕН В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер 7908-2001

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: техническая документация фирмы Service fur Analitik und Labor (SAL) (Germany).

Номер и дата выпуска партии ГСО: No. TA 11, 02.05.2003.

Назначение и область применения: градуировка газового хроматографа в соответствии с ГОСТ 30570 – 2003 (ИСО 10315-2000), аттестация и контроль погрешностей МВИ при анализе табака и табачных изделий.

Область применения: табачная промышленность.

Нормативные документы:
на методы измерений (анализа): ГОСТ 30570 – 2003 (ИСО 10315-2000).

Описание: СО представляет собой кристаллическое вещество массой 1 грамм, помещенное в закупоренный стеклянный флакон с этикеткой.

Нормированные метрологические характеристики:
аттестуемая характеристика СО - массовая доля 1 - метил - 2 - (3 - пиридин) -пирролидинсалицилата, интервал допускаемых аттестованных значений 98.0 - 100.0 %, границы абсолютной погрешности аттестованного значения 2.1 % при доверительной вероятности 0.95.

Срок годности экземпляра СО: 43 месяца.

Разработчик и изготовитель СО: Service fur Analitik und Labor (SAL)
Reinford – Frank – St.3 / 72488 Sigmaringen/Germany.

Заявитель СО: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центр экспертизы и сертификации «Табак»

Директор ФГУП ЦЭиС «Табак» И.И.Арсеньева

М.П.