
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ГАММА-ГХЦГ (ЛИНДАНА)

ГСО 7889-2001

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства:

- техническое задание, утвержденное 11.01.2001 г.
- техническое задание (изменение № 1), утвержденное 16.11.2005 г;
- лабораторный регламент получения СО.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: серийное производство периодически повторяющимися партиями

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: партия № 005, март 2011 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для градуировки хроматографов, аттестации и контроля погрешностей методик измерений содержания гамма-ГХЦГ (линдана) в технических пестицидах и препаратах на его основе, в продуктах питания и пищевом сырье, в объектах окружающей среды.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям;
- **область применения:** охрана окружающей среды, санэпиднадзор, испытания и контроль качества продукции, пищевая промышленность, производство минеральных удобрений.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

- **на методы измерений (анализа, испытаний):**

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09, МУ 2860-83, МУ 3196-85, МУ 4120-86, МУ 4343-87, МУ 5032-89.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец представляет собой мелкодисперсный порошок, расфасованный по 0.25, 0.5 или 1.0 г в запаянные ампулы или стеклянные флаконы.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля (%) гамма-ГХЦГ (линдана) - (1,2,4,5/3,6)-1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана.

Интервал допускаемых аттестованных значений: 98,0-99,8%

Границы допускаемых значений абсолютной погрешности при доверительной вероятности 0.95 : 2,0%

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 5 лет

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в левом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - Научно-производственный кооператив "БЛОК-1"(НПК "БЛОК-1")
ул. Угрешская, 31, г. Москва, 115088

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - Научно-производственный кооператив "БЛОК-1"(НПК "БЛОК-1")
ул. Угрешская, 31, г. Москва, 115088

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ В.Н. Крутиков
подпись расшифровка подписи

М.п. «__»_____2011 г.