

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Головного
органа ГССО
С.В. Медведевских
« 10 » 06 2006г.

Государственный стандартный образец
состава смеси цис-β-бутилена с
инертным газом

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТЕР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 7828-2000

НД НА ВЫПУСК : техническое задание утвержденное 5.03.91г., методика приготовления
СО газовых смесей на установке ЛАБ

ФОРМА ВЫПУСКА – единичное повторяющееся производство; баллон № 31725 выпущен в
октябре 2004г.

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СО предназначен для градуировки,
калибровки и испытаний средств измерений содержания компонентов в газовых средах,
аттестации методик выполнения измерений, а также для контроля точности результатов
измерений, выполняемых по стандартизованным и аттестованным методикам; область
применения – нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленности, охрана
окружающей среды.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
МИ 2402-97, МИ 680-84, МИ 137-77.

ОПИСАНИЕ: СО представляет собой смесь цис-β-бутилена и газа- разбавителя (азот, аргон
или гелий), расфасованный в стальные баллоны вместимостью 1-10 дм³. Для приготовления
СО используют продукт (реактив) с молярной долей цис-β-бутилена не менее 99,0 и
погрешностью ее определения не более 0,2%.

НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестуемая характеристика - молярная доля цис-β-бутилена в процентах.

Интервал допускаемых аттестованных значений и границы допускаемых значений
относительной погрешности аттестуемых характеристик приведены в таблице:

Индекс СО	Газ- разбавитель	Интервал допускаемых аттестованных значений, %	Границы допускаемых значений относительной погрешности, %
011-1 011-2 011-3	Азот Аргон Гелий	$1,0 \cdot 10^{-4} \div 5,0 \cdot 10^{-3}$	±15
011-4 011-5 011-6	Азот Аргон Гелий	$5,1 \cdot 10^{-3} \div 5,0$	±10
011-7 011-8 011-9	Азот Аргон Гелий	$5,1 \div 95,0$	±4

Срок годности экземпляра СО: 1 год.

Разработчик и изготовитель: Открытое акционерное общество «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья» (ОАО «ВНИИУС»).

Адрес 420045, г.Казань, ул. Н.Ершова, 35-А

Генеральный директор ОАО «ВНИИУС»



А.М.Мазгаров

А.М.Мазгаров