

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Головного
органа ГССО
С.В. Медведевских
« 20 » 06 2005г.

Государственный стандартный образец состава смеси α-бутилена с инертным газом ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТЕР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 7826-2000

НД НА ВЫПУСК : техническое задание утвержденное 5.03.91г., методика приготовления СО газовых смесей на установке ЛАБ.
ФОРМА ВЫПУСКА – единичное повторяющееся производство; баллон № 26148 выпущен в ноябре 2004г.
НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СО предназначен для градуировки, калибровки и испытаний средств измерений содержания компонентов в газовых средах, аттестации методик выполнения измерений, а также для контроля точности результатов измерений, выполняемых по стандартизованным и аттестованным методикам; область применения – нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленности, охрана окружающей среды.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО: МИ 24023-97, МИ 680-84, МИ 137-77.
ОПИСАНИЕ: СО представляет собой смесь α-бутилена и газа- разбавителя (азот, аргон или гелий), расфасованный в стальные баллоны вместимостью 1-10 дм³. Для приготовления СО используют продукт (реактив) с молярной долей α-бутилена не менее 99,0 и погрешностью ее определения не более 0,2%.
НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестуемая характеристика - молярная доля α-бутилена в процентах.
Интервал допускаемых аттестованных значений и границы допускаемых значений относительной погрешности аттестуемых характеристик приведены в таблице:

Индекс СО	Газ-разбавитель	Интервал допускаемых аттестованных значений, %	Границы допускаемых значений относительной погрешности, %
09-1 09-2 09-3	Азот Аргон Гелий	$1,0 \cdot 10^{-4} \div 5,0 \cdot 10^{-3}$	±15
09-4 09-5 09-6	Азот Аргон Гелий	$5,1 \cdot 10^{-3} \div 5,0$	±10
09-7 09-8 09-9	Азот Аргон Гелий	$5,1 \div 95,0$	±4

Срок годности экземпляра СО: 1 год.

Разработчик и изготовитель: Открытое акционерное общество «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья» (ОАО «ВНИИУС»).

Адрес 420045, г.Казань, ул. Н.Ершова, 35-А

Генеральный директор ОАО «ВНИИУС»



А.М.Мазгаров

О.И.И.