Приложение к сертификату № 1016 (обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора Головного
органа ГССО
С.В. Медведевских

" <u>26</u> 2005г

ГСО СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ФЛУАЗИФОП-БУТИЛА ВНЕСЕН в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО Регистрационный номер ГСО 7725-99

НД на ВЫПУСК: техническое задание, утвержденное 18 марта 2005г, и лабораторный регламент получения СО

ФОРМА ВЫПУСКА: единично повторяющееся производство, партия №3 выпущена в марте 2005г

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен для градуировки хроматографов, аттестации и контроля погрешностей методик выполнения измерений содержания флуазифоп-бутила в технических пестицидах и препаратах на их основе, в продуктах питания и пищевом сырье, в объектах окружающей среды.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО (основные НД): МУ 4669-88, ТУ 2445-009-44923898-2003.

ОПИСАНИЕ:СО представляет собой светло - желтую жидкость, расфасованную в запаянные ампулы или стеклянные флаконы (масса СО 0,25, 0,5 или 1,0 г).

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ массовая доля (RS)- 2-[4-(5-трифторметилпиридил-2-окси)фенокси]пропионовой кислоты н-бутилового эфира. Интервал допускаемых аттестованных значений: 98,0-99,8%

<u>Границы допускаемых значений абсолютной погрешности при доверительной вероятности $0.95:\pm2.0\%$ </u>

Срок годности экземпляра СО: 3 года

<u>Разработчик(и)СО</u>: ФГУП «Всероссийский Научно-исследовательский институт химических средств защиты растений (ФГУП "ВНИИХСЗР") 115088 Москва, Угрешская, 31

Научно-производственный кооператив "БЛОК-1"(НПК "БЛОК-1") 115088 Москва, Угрешская, 31

 Изготовители СО :
 ФГУП «Всероссийский Научно-исследовательский институт химических средств защиты растений (ФГУП "ВНИИХСЗР")
 115088 Москва, Угрешская, 31

Научно-производственный кооператив "БЛОК-1" (НПК "БЛОК-1") 115088 Москва, Угрешская,31

Зам. Генерального директора ФГУП "ВНИИХСЗР"

Г.В.Огородников

Председатель НПК "БЛОК-1"

Г.В. Головкин

Just