

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

С.В. Медведевских

“ 9 ” 12 2009г

М.П.

ГСО состава пестицида
ципроконазола

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 7677-99

НД на ВЫПУСК: техническое задание, утвержденное 16 августа 2004г, лабораторный регламент получения СО

ФОРМА ВЫПУСКА: единично повторяющееся производство

Номер партии и дата выпуска: партия № 6 выпущена в августе 2009г

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен для градуировки хроматографов, аттестации и контроля погрешностей методик выполнения измерений содержания ципроконазола в технических пестицидах и препаратах на их основе, в продуктах питания и пищевом сырье, в объектах окружающей среды

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО

(основные НД): спецификации А 10001В, А9999В фирмы «Сингента Кроп Протекшн», ТУ 2443-030-10275904-04

ОПИСАНИЕ: СО представляет собой мелкодисперсный порошок белого цвета, расфасованный в запайные ампулы или стеклянные флаконы (масса СО 0,25, 0,5 или 1,0 г)

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика СО: массовая доля (2RS, 3RS)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропилбутан-2-ола. Интервал допускаемых аттестованных значений: 98,0-99,8%

Границы допускаемых значений абсолютной погрешности при доверительной вероятности 0,95: 2,0%

Срок годности экземпляра СО: 3 года

Разработчик(и) СО: ФГУП «Всероссийский Научно-исследовательский институт химических средств защиты растений (ФГУП «ВНИИХСЗР»)), 115088, Москва, Угрешская, 31
Научно-производственный кооператив «БЛОК-1» (НПК «БЛОК-1»)), 115088, Москва, Угрешская, 31

Изготовитель(и) СО : ФГУП «Всероссийский Научно-исследовательский институт химических средств защиты растений (ФГУП «ВНИИХСЗР»)), 115088, Москва, Угрешская, 31
Научно-производственный кооператив «БЛОК-1» (НПК «БЛОК-1»)), 115088, Москва, Угрешская, 31

Зам. Генерального директора
ФГУП «ВНИИХСЗР»



Б.Ф.Егоров

Председатель НПК «БЛОК-1»



Г.В. Головкин