

Приложение к сертификату N 086I

(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам.директора УНИИМ


"15" 06.1999 г.


Государственный стандартный образец
состава раствора фторид-ионов

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер **7644-99**

ВЗАМЕН НОМЕРА 6095-94П

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание (утверждено 21.02.94), методика приготовления и аттестации ГСО.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ГСО предназначен для градуировки аналитических приборов и контроля погрешностей МВИ в охране природы, экологическом мониторинге и гидрометеорологии.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО (основные НД в т.ч. международные): ГОСТ 27384-87.

ОПИСАНИЕ: СО выпускается в виде водного раствора фторид-ионов, расфасованного в стеклянные ампулы ёмкостью 6 мл.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Аттестуемая характеристика СО - массовая концентрация фторид-ионов


Интервал значений аттестуемой характеристики СО: 0,95-1,05 мг/см³.

Допускаемые значения относительной погрешности аттестованного значения СО не должны превосходить 1 % с вероятностью 0,95.

Срок годности экземпляра СО: 3 года.

РАЗРАБОТЧИК и ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ГНПМП "Инсерт", 620063, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 52, кор 2-а, ком. 313.

Директор ГНПМП "Инсерт"





А. П. Лялин