

(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

~~Зам. директора УНИИМ~~

ТОБРОВИНСКИЙ

1999 г.



Государственный стандартный образец
состава раствора сульфат-ионов

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер 764I-99

ВЗАМЕН НОМЕРА 6092-94П

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание (утверждено 21.02.94), методика приготовления и аттестации ГСО.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ГСО предназначен для градуировки аналогических приборов и контроля погрешностей МВИ в охране природы, экологическом мониторинге и гидрометеорологии.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО (ос-
новные НД в т.ч. международные): ГОСТ 27384-87.

ОПИСАНИЕ: СО выпускается в виде водного раствора сульфат-ионов, расфасованного в стеклянные ампулы ёмкостью 6 мл.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Аттестуемая характеристика СО - массовая концентрация сульфат-ионов

Интервал значений аттестуемой характеристики $CO: 9,5-10,5$ мг/см³.

Допускаемые значения относительной погрешности аттестованного значения СО не должны превосходить 1 % с вероятностью 0,95.

Срок годности экземпляра СО: 3 года.

РАЗРАБОТЧИК и ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:ГНППМ "Инсерт", 620063, г.Екатеринбург,
пр.Ленина,52, кор 2-а, ком.313.

Директор ГНПМП "Инсерт"



А. П. Лялин