

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ТУФА ЦЕОЛИТИЗИРОВАННОГО ХОЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СО-4/1)

ГСО 7461-98

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производств: Государственный стандартный образец состава туфа цеолитизированного Холинского месторождения (СО-4/1). Техническое задание, утвержденное в 1998 г.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное производство.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА, ДАТА ВЫПУСКА: экземпляры с № 1 по № 1000, май 1998 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для контроля точности методик измерений, применяемых при определении состава горных пород, а также для аттестации методик измерений.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** СО используется вне сферы государственного регулирования;

- **область применения:** геология, металлургия.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение: ГОСТ 26318.3-84, ГОСТ 26318.4-84, ГОСТ 26318.5-84, ГОСТ 26318.6-84, ГОСТ 26318.7-84, инструкциям: НСАМ 61-с, НСАМ 138-х, НСАМ 155-хс, НСАМ 246-с.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из природной горной породы – туфа цеолитизированного Холинского месторождения (Новосибирская область), измельченного до порошка с размерностью частиц менее 0,074 мм, расфасованного по 130 г в герметично закрывающиеся полиэтиленовые флаконы.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика – массовая доля компонентов*, %.

Аттестованная характеристика СО	Обозначение единицы величины	Аттестованное значение СО	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при P=0,95
Оксид титана	%	0,113	±0,005
Оксид алюминия	%	12,52	±0,19
Оксид железа	%	0,88	±0,08
Оксид магния	%	0,57	±0,05

Продолжение таблицы

Аттестованная характеристика СО	Обозначение единицы величины	Аттестованное значение СО	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95$
Оксид кальция	%	2,25	$\pm 0,11$
Оксид натрия	%	0,89	$\pm 0,06$
Оксид калия	%	4,70	$\pm 0,17$
Оксид марганца	%	0,062	$\pm 0,013$

* Аттестованное значение устанавливается в расчете на материал, высушенный при температуре 105°-110°С

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 20 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в левом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр»,
(ОАО "ЗСИЦентр"). Россия, 654006, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр»,
(ОАО "ЗСИЦентр"). Россия, 654006, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись

Ф.В.Булыгин
расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2013 г.