
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ПЕСТИЦИДА ДИКОФОЛА

ГСО 7383-97

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства:

- техническое задание, утвержденное 28.05.1997г
- лабораторный регламент получения СО.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже: один раз в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: серийное производство периодически повторяющимися партиями

НОМЕР ПАРТИИ, ДАТА ВЫПУСКА: партия № 13, ноябрь 2012 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для градуировки хроматографов, аттестации и контроля точности методик измерений содержания дикофола в технических пестицидах и препаратах на его основе, в продуктах питания и пищевом сырье, в объектах окружающей среды.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям;
- **область применения:** охрана окружающей среды, санэпиднадзор, испытания и контроль качества продукции, пищевая промышленность, производство минеральных удобрений.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

- **на методы измерений (анализа, испытаний):**

ПНД Ф 14.1:2.4.204-04 (2009) Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец представляет собой мелкодисперсный порошок белого цвета, расфасованный по 0.25, 0.5 или 1.0 г в запаянные ампулы или стеклянные флаконы.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля (%)

2,2,2-трихлор-1,1-бис-(4-хлорфенил) этанола.

Интервал допускаемых аттестованных значений: 98,0 - 99,8%

Границы допускаемых значений абсолютной погрешности при доверительной вероятности 0.95: $\pm 0,7\%$

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 5 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в верхней части этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - Научно-производственный кооператив "БЛОК-1", (НПК "БЛОК-1").
115088, г. Москва, Угрешская, 31.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - Научно-производственный кооператив "БЛОК-1", (НПК "БЛОК-1").
115088, г. Москва, Угрешская, 31.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ Ф.В.Булыгин
подпись расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2013 г.