

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Директор ФГУП «УНИИМ»

В.В. Леонов

2007 г.

Государственный стандартный
образец состава раствора
дельтаметрина в ацетоне

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
ГСО

Регистрационный номер ГСО 7306-96

НД: НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: техническое задание, утвержденное ГИЦ «Реактив» в мае 1996 г., единичное повторяющееся производство.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен для градуировки хроматографов, аттестации МВИ, контроля погрешности МВИ.

Область применения – охрана окружающей среды, санэпиднадзор, пищевая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО: МУ № 2473-81 от 22.10.81г. Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, децис и др.) в растениях, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии.

МУ № 4344-87 от 08.06.87 г. Методические указания по определению новой группы синтетических пиретроидов (карате, циболт, децис, фастак, данитол) в растениях, почве, воде водоемов хроматографическими методами.

ОПИСАНИЕ: Материал СО представляет собой раствор дельтаметрина ((1R)-цис-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты-(S)-3-фенокси- α -цианбензилового эфира) в ацетоне. Материал ГСО расфасован в запайные стеклянные ампулы по 5 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Относительная погрешность аттестованного значения СО, Р=0,95
Массовая концентрация дельтаметрина	0,090 – 0,110 мг/см ³	± 3 %

Срок годности экземпляра СО: 1 год.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ: партия СО № 2 выпущена в августе 2006 г.

РАЗРАБОТЧИК СО: Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский институт малотоннажных химических продуктов и реактивов» (НИИРЕАКТИВ), 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 75;

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»), 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.4.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Общество с ограниченной ответственностью «научно-производственная фирма «Реактив», 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 75.

Директор НИИРЕАКТИВ

Р.С. Мусавилов

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

С.В.Медведевских

