

СОГЛАСОВАНО

Директор ФГУП «НИИ ГИМЕТ» _____

ПОДАРОЧНО

№ _____ от _____ г.

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

СОГЛАСОВАНО

Директор ФГУП «УНИИМ»

В.В.Леонов

2004г

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер 7303-96

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание утвержденное 15.01.1996 г.

Форма выпуска – единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №3, апрель 2004 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: градуировка хроматографов, аттестация МВИ, контроль погрешности МВИ.

Область применения – охрана окружающей среды, санэпиднадзор, пищевая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:

ГОСТ Р 51209-98 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией.

ПНД Ф 14.2.4.74-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в питьевых и природных водах.

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой раствор дильдрина (1,2,3,4,10,10-гексахлор-6,7-эпокси-1,4-эндо-5,8-экзо-диметилен-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидронафталина) в ацетоне. Материал расфасован в запаянные стеклянные ампулы по 5 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Границы допускаемой относительной погрешности аттестованного значения СО при Р=0.95
Массовая концентрация дильдрина	От 0,090 мг/см ³ до 0,110 мг/см ³	3 %

Срок годности экземпляра ГСО: 1 год

РАЗРАБОТЧИКИ ГСО:

Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский институт малотоннажных химических продуктов и реактивов» (НИИРЕАКТИВ)

450029, г.Уфа, ул. Ульяновых, 75

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»
(ФГУП «УНИИМ»)

620219, Екатеринбург, Красноармейская, 4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО:

Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский институт малотоннажных химических продуктов и реактивов» (НИИРЕАКТИВ)

450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 75

Директор НИИРЕАКТИВ

Р.С.Мусавилов

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

И.Е. Добровинский

2