

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец состава раствора
гептахлора в ацетоне

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер 7300-96

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание утвержденное 15.01.1996 г.
Форма выпуска – единичное повторяющееся производство.
НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №3, апрель 2004 г.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: градуировка хроматографов, аттестация МВИ, контроль погрешности МВИ.
Область применения – охрана окружающей среды, санэпиднадзор, пищевая промышленность.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:
ГОСТ Р 51209-98 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией.
ПНД Ф 14.2:4.74-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в питьевых и природных водах.

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой раствор гептахлора (1,4,5,6,7,8,8-гептахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноиндена) в ацетоне. Материал расфасован в запаянные стеклянные ампулы по 5 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Границы допускаемой относительной погрешности аттестованного значения СО при Р =0.95
Массовая концентрация гептахлора	От 0,090 мг/см ³ до 0,110 мг/см ³	3 %

Срок годности экземпляра ГСО: 1 год

РАЗРАБОТЧИКИ ГСО:
Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский институт малотоннажных химических продуктов и реактивов» (НИИРЕАКТИВ)
450029, г.Уфа, ул. Ульяновых, 75
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)
620219, Екатеринбург, Красноармейская, 4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО:
Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский институт малотоннажных химических продуктов и реактивов» (НИИРЕАКТИВ)
450029, г.Уфа, ул. Ульяновых, 75

Директор НИИРЕАКТИВ

Р.С.Мусавиров

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

И.Е. Добровинский

