

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Головного
органа ГССО
С.В. Медведевских
_____ 2005 г.
М.П.

Государственный стандартный
образец состава молибденового
ангидрида (комплект АМ-1)

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ
ГСО**

Регистрационный номер
6673-93 – 6677-93

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: Техническое задание на разработку СО, утвержденное 15.10.1992 Форма выпуска - единичное производство.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: СО предназначен для градуировки средств измерений для спектрального анализа, используемых при определении примесей в металлическом молибдене, молибденовом ангидриде, молибденовокислом аммонии, карбиде молибдена по ГОСТ 14316-91

Область применения: металлургия, химическая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
ГОСТ 14316-91

ОПИСАНИЕ: материал экземпляра СО представляет собой оксид молибдена, содержащий различные примеси. ГСО - комплект, состоящий из пяти экземпляров СО.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО – массовые доли элементов в расчете на металлический образец %. Допускаемый диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допускаемое значение погрешности указаны в таблице.

Таблица

Индекс СО	Диапазон допускаемых аттестованных значений для каждого из элементов: Al, Ca, Mg, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, As, Si, Zn, %	Диапазон допускаемых аттестованных значений для каждого из элементов: Pb, Sb, Sn, Bi, Cd, %	Допускаемое значение относительной погрешности, %
АМ-1-1	0,030-0,060	0,008-0,010	14
АМ-1-2	0,010-0,020	0,002-0,004	
АМ-1-3	0,004-0,008	0,0008-0,0015	
АМ-1-4	0,001-0,004	0,003-0,0008	
АМ-1-5	0,0001-0,003	0,0001-0,0006	

Срок годности экземпляра СО: 20 года.

ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: март 1993 г.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

ГНПМП«ИНСЕРТ», 620075,г.Екатеринбург,пр.Ленина 52 ,корп. 2а, оф. 313
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких материалов и твердых сплавов» (ФГУП ВНИИТС),113638, г.Москва,Варшавское шоссе, д.56

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

ГНПМП«ИНСЕРТ», 620075,г.Екатеринбург,пр.Ленина 52 ,корп. 2а, оф. 313

Директор ГНПМП «ИНСЕРТ»

А.П. Лялин



Директор ФГУП ВНИИТС

Н.И. Казанцев



Осн