

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



**Стандартный образец
массовой доли ароматических
углеводородов в нефтепродуктах**

(АР-2)

Регистрационный номер
ГСО 6657-93

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, на разработку государственных стандартных образцов массовой доли ароматических углеводородов в нефтепродуктах, утвержденное 18.11.1991г. с изм.№1 от 15.10.2003г.
Единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: АР-2, партия №2, дата выпуска январь 2004 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов испытаний массовой доли ароматических углеводородов в нефтепродуктах по национальному стандарту РФ ГОСТ 6994-74.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: методы измерений (анализа): национальный стандарт РФ ГОСТ 6994-74, Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой жидкую смесь ароматического и парафинового углеводородов герметично запаиваемую в стеклянной ампуле.
Объем экземпляра СО в ампуле – 10 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля ароматических углеводородов, в процентах.

Индекс СО	Интервал допускаемого значения аттестуемой характеристики СО, %	Границы допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при P = 0.95, %
АР-2	от 9,0 до 11,0	± 0,7

Срок годности экземпляра СО: 6 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

Орган ГССО -

- Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» 111116, г. Москва, ул.Авиамоторная, 6

(ОАО «ВНИИ НП»)

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:

Орган ГССО -


- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

(ООО «ИНТЕГРСО»)

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»,
д.т.н., профессор



Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИ НП»,
д.т.н., профессор



Галиев Р.Г.

