

Приложение к сертификату № 2426
ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. Директора Головного
органа ГССО
С.В.Медведевских

« 23 »

2007г.

Стандартный образец массовой
доли элементов в твердой основе
(СРМ-45)

ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
ГСО

Регистрационный номер
ГСО 6652 -93

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: техническое задание на разработку СО,
утвержденное 24.08.88г. Форма выпуска - единичное производство. Партия СО №1
выпущена в декабре 1992г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен для
настройки, испытаний, и поверки рентгеноспектральных аппаратов типа СРМ-25 и других
аналогичных типов в цветной и черной металлургии, цементной, стекольной, химической
промышленности и др. отраслях.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
МИ 1684-87

ОПИСАНИЕ: стандартные образцы изготавливаются в виде таблеток диаметром
($40 \pm 1,0$) мм и высотой ($5 \pm 0,15$) мм. СО могут быть изготовлены других размеров -
диаметром ($32 \pm 0,1$) мм и ($52 \pm 0,1$) мм. Основой изготовления СО является борная кислота ЧДА.
СО упаковываются в пластмассовые пеналы с этикеткой по ГОСТ 8.315-97. Количество СО в
комплекте соответствует договору поставки.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика — массовая доля:	Аттестованное значение СО %.	Погрешность аттестованного значения (при доверительной вероятности 0,95) не превышает, %
Марганца	3,64	0,04
Железа	4,93	0,01
Кобальта	5,05	0,04
Никеля	3,23	0,01
Меди	3,56	0,01
Цинка	0,35	0,01

Срок годности экземпляра СО: не ограничен.

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Закрытое акционерное общество
«Научприбор», 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40

Генеральный директор ЗАО «Научприбор»

А.Н.Пахомов

А.Н.Пахомов
26. 10. 2007

