


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец массовой
доли стронция в твердой основе
(СРМ-98)

ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
ГСО
Регистрационный номер
ГСО 6610 -93

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: техническое задание на разработку СО,
утвержденное 24.08.88г. Форма выпуска - единичное производство. Партия СО №1
выпущена в декабре 1992г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен
для настройки, испытаний, и поверки рентгеноспектральных аппаратов типа СРМ-25 и
других аналогичных типов в цветной и черной металлургии, цементной, стекольной,
химической промышленности и др. отраслях.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
МИ 1684-87

ОПИСАНИЕ: стандартные образцы изготавливаются в виде таблеток диаметром
($40 \pm 1,0$) мм и высотой ($5 \pm 0,15$) мм. СО могут быть изготовлены других размеров -
диаметром ($32 \pm 0,1$) мм и ($52 \pm 0,1$) мм. Основой изготовления СО является борная кислота
ЧДА. СО упаковываются в пластмассовые пеналы с этикеткой по ГОСТ 8.315-97. Количество
СО в комплекте соответствует договору поставки.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля стронция.

Аттестованное значение СО -1,00%.

Погрешность аттестованного значения (при доверительной вероятности 0,95), не превышает
0,01%.

Срок годности экземпляра СО: не ограничен.

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО : Закрытое акционерное общество
«Научприбор», 302020,г. Орел, Наугорское шоссе, 40

Генеральный директор ЗАО «Научприбор»



А.Н.Пахомов

М.А.Иванов
26.10.2007