


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



М.П.

Стандартный образец состава  
алюминия фтористого (САФ-1)

ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер **6584-93**

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: СО выпущен на основании ТЗ,  
утверждённого 19.10.1990 г., изменения № 1 к ТЗ утвержденного в марте 2009 г.  
Форма выпуска – единичное производство  
Номер и дата выпуска партии ГСО: единичная партия, выпущена в декабре 1992 года.

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для  
контроля погрешностей МВИ при определении состава алюминия фтористого по ГОСТ  
19181-78 и другим аттестованным методикам при соотношении погрешности  
аттестованного значения СО и погрешности МВИ не более 1:3.  
Область применения: металлургия

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ГОСТ 19181-78 инструкция по применению ГСО,  
прилагаемая к паспорту

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой порошок крупностью менее 80 мкм из  
алюминия фтористого технического, полученного гидрохимическим способом. ГСО  
расфасован в полиэтиленовые флаконы вместимостью 100 см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: аттестуемая  
характеристика – массовая доля компонента в процентах в пересчёте на материал,  
высушенный при температуре (110 ± 5)°С.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Аттестуемая характеристика СО-массовая доля компонентов	Обозначение единицы физической величины	Аттестованное значение СО	Границы допускаемых абсолютных погрешностей аттестованного значения при P=0,95
F	%	62,2	0,4
Al	%	29,76	0,26
SiO <sub>2</sub>	%	0,071	0,006
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%	0,0065	0,0016
[SO <sub>4</sub> ]	%	0,32	0,04
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	0,034	0,004

Срок годности экземпляра 22 года

РАЗРАБОТЧИК(И) СО : Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» (ОАО «СибВАМИ»)  
664007, г. Иркутск, ул. Советская , 55

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ОАО «СибВАМИ» 664007, г. Иркутск, ул. Советская ,55

Управляющий директор  
ОАО «СибВАМИ»



В.Г. Григорьев