


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



СОГЛАСОВАНО
Заместителя Главного
органа ГССО
С.В. Медведевских

2005 г.

М.П.

Государственный стандартный
образец состава молибденового
ангидрида (комплект АМ-2)

ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ
ГСО

Регистрационный номер
6544-93 – 6548-93

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: Техническое задание на разработку СО, утвержденное 15.10.1992 Форма выпуска - единичное производство.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: СО предназначен для градуировки средств измерений для спектрального анализа, используемых при определении примесей в металлическом молибдене, молибденовом ангидриде, молибденовокислом аммонии, карбиде молибдена по ГОСТ 14316-91

Область применения: металлургия, химическая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
ГОСТ 14316-91

ОПИСАНИЕ: материал экземпляра СО представляет собой оксид молибдена, содержащий различные примеси. ГСО - комплект, состоящий из пяти экземпляров СО.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО – массовая доля элементов, %. Допускаемый диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допускаемое значение погрешности указаны в таблице.

Таблица

Индекс СО	Диапазон допускаемых аттестованных значений для каждого из элементов: Al, Ca, Mg, Fe, Mn, Ni, Si, K, Na, %	Допускаемое значение относительной погрешности, %
АМ-2-1	0,030-0,080	14
АМ-2-2	0,010-0,030	
АМ-2-3	0,003-0,010	
АМ-2-4	0,001-0,009	
АМ-2-5	0,0001-0,007	

Срок годности экземпляра СО: 20 лет.

ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: март 1993 г.


РАЗРАБОТЧИКИ СО:

ГНПМП«ИНСЕРТ», 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина 52, корп. 2а, оф. 313
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт
тугоплавких материалов и твердых сплавов» (ФГУП ВНИИТС), 113638,
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 56

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

ГНПМП«ИНСЕРТ», 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина 52, корп. 2а, оф. 313

Директор ГНПМП «ИНСЕРТ»



А.П. Лялин

Директор ФГУП ВНИИТС



Н.И. Казанцев

Осн