

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Головного
органа ГССО



И.Е.Добровинский.

“12” февраля 2000 г.

Стандартный образец состава
концентрата плавиковошпатового
химического обогащения (ФХС-98)

ВНЕСЕН в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 6346-92

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Партия ФХС-98 выпущена в 1992 году на основании
технического задания, утвержденного 03.01.91 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартный образец предназначен для контроля погрешностей методик
выполнения измерений (МВИ), применяемых при определении состава концентратов
плавиковошпатовых (ГОСТ 29219-91, ГОСТ 29220-91, ТУ 48-15-25-90). Погрешности
результатов анализов МВИ должны не менее чем втрое превышать значения погрешностей
соответствующих аттестованных значений стандартного образца.

Область применения: металлургия, научные исследования.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО

на методы измерений (анализа): ГОСТ 7619.0-81, ГОСТ 7619.2-81 ÷ ГОСТ 7619.4-81;
аттестат 48-15-А-48-88 “Методика титриметрического определения серы в плавиковом
шпате”; Инструкция по применению стандартного образца.

ОПИСАНИЕ

Материал СО приготовлен из плавиковошпатового концентрата, соответствующего ТУ 48-15-25-90 "Концентрат плавиковошпатовый химического обогащения" в виде порошка крупностью не более 0,063 мм.
Материал расфасован в склянки по 100,0 г.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика - массовая доля элементов, в процентах (в расчете на материал, высушенный при 105 ± 2 °C):

Кальций фтористый	97,87
Кальций углекислый	0,25
Кремния диоксид	1,32
Сера	0,017

Границы допускаемых значений абсолютных погрешностей аттестованных значений СО в процентах при доверительной вероятности 0,95:

Кальций фтористый	0,14
Кальций углекислый	0,038
Кремния диоксид	0,04
Сера	0,002

Срок годности экземпляра СО: 13 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО: Исследовательский центр металлургических технологий и сертификации ОАО "Сибцветметниипроект", 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 4 а.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Исследовательский центр металлургических технологий и сертификации ОАО "Сибцветметниипроект", 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 4 а.

Директор ИЦ МТиС
ОАО "Сибцветметниипроект"



Ю.В.Беляев

Handwritten mark or signature.