

Приложение к сертификату № 2210
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Головного
органа ГССО

С.В.Медведевских

« 04 »

2007 г.



Стандартные образцы состава
вольфрамового ангидрида
(комплект АВ-2)

**ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ
ГСО**

Регистрационный номер
ГСО 6304-92 ÷ 6308-92

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: Техническое задание на разработку СО, утвержденное 20.03.91 г. Форма выпуска - единичное производство.

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен для градуировки спектральных приборов при определении примесей в металлическом вольфраме, вольфрамовом ангидриде, паровольфраме аммония, вольфрамовой кислоте, карбиде вольфрама и контроля погрешностей МВИ на предприятиях по производству тугоплавких материалов и твёрдых сплавов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:

ГОСТ 14339.0-91 - ГОСТ 14339.5-91

ОПИСАНИЕ: Материал СО приготовлен смешиванием вольфрамового ангидрида и окислов металлов в заранее заданных соотношениях.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: аттестуемая характеристика СО – массовая доля элемента в пересчете на металлический образец. Интервалы аттестованных значений СО приведены в таблице. Относительные погрешности аттестованных значений СО не превышают 14% для доверительной вероятности 0,95.

Таблица

Индекс СО	Элементы		
	Al, Ca, Mg, Na, Fe, Si, Ni	As	Mo
AB2-1	0.050-0.075	0.060-0.090	0.250-0.350
AB2-2	0.025-0.040	0.030-0.045	0.120-0.180
AB2-3	0.012-0.020	0.015-0.025	0.060-0.090
AB2-4	0.0030-0.0080	0.0040-0.0080	0.030-0.050
AB2-5	0.0010-0.0040	0.0010-0.0030	0.010-0.030

Срок годности экземпляра СО: не ограничен.

РАЗРАБОТЧИКИ СО: Государственное научно-производственное метрологическое предприятие «ИНСЕРТ» : 620063, г. Екатеринбург: пр. Ленина 52, корпус 2а, ком.313.

ОАО «Кировградский завод твёрдых сплавов»: 624150, г. Кировград, Свердловской обл., ул. Свердлова, 26 «А».

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твёрдых сплавов»:113638, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 56.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО Государственное научно-производственное метрологическое предприятие «ИНСЕРТ» : 620063, г. Екатеринбург: пр. Ленина 52, корпус 2а, ком.313.

Директор ГНПМП «ИНСЕРТ»

А.П.Лялин

Генеральный директор ОАО КЗТС

А.Д.Пельц

Директор ФГУП ВНИИТС

А.А.Тамбовцева



16.04.02