

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА СВИНЦОВОГО КОНЦЕНТРАТА

ГСО 6277-91

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства:

- техническое задание, утвержденное в 1990г;
- изменения № 1 к техническому заданию, утвержденные в 2013 г.

ФОРМА ВЫПУСКА – единичное производство.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА, ДАТА ВЫПУСКА: экземпляры № 1 - № 200, декабрь 1991 г.

Назначение: аттестация методик измерений при определении состава концентратов свинцовых химическими, физическими и физико-химическими методами анализа, контроль точности методик измерений.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** вне сферы государственного регулирования;
- **область применения:** металлургия, обогащение, геология.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение СО:

- **на методы измерений (анализа, испытаний):** ГОСТ 14047.1-93, ГОСТ 14047.2-78, ГОСТ 14047.3-81, аттестованные методики измерений.

ОПИСАНИЕ: материал СО представляет собой порошок с крупностью частиц не более 0,074 мм, расфасованный в полиэтиленовые пакеты по 100г, запаянные и снабженные этикеткой. Стандартный образец изготовлен из свинцового концентрата, полученного при обогащении полиметаллической руды.

НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля элементов, в процентах (Re, Ag в млн⁻¹, г/т) (в расчете на материал, высушенный при 105⁰ С).

Наименование компонента	Аттестованное значение в процентах (Re, Ag в млн ⁻¹ , г/т)	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения при P=0,95, ±Δ, в процентах (Re, Ag в млн ⁻¹ , г/т)
Медь	5,02	0,07
Цинк	3,95	0,05
Свинец	43,74	0,27
Серебро	103,4	1,2
Рений	41,27	2,99

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 39 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки.

РАЗРАБОТЧИК: - ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг аналит», (ЗАО «РАЦ МИА»),
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг аналит», (ЗАО «РАЦ МИА»),
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ Ф.В.Булыгин
подпись расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2013 г.