

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ХВОСТОВ ОТВАЛЬНЫХ МЕДНОЙ РУДЫ

ГСО 6275-91

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства:

- техническое задание, утвержденное в 1990г;
- изменения №1 к техническому заданию, утвержденные в 2013г.

ФОРМА ВЫПУСКА – единичное производство.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА, ДАТА ВЫПУСКА: экземпляры № 1 - № 75, декабрь 1991 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: аттестация методик измерений при определении состава продуктов обогащения медной руды химическими, физическими и физико-химическими методами анализа, контроль точности методик измерений.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** вне сферы государственного регулирования;
- **область применения:** металлургия, обогащение, геология.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение СО:

- **на методы измерений (анализа, испытаний):** Инструкция НСАМ 155ХС-1, аттестованные методики измерений.

ОПИСАНИЕ: материал СО представляет собой порошок с крупность частиц не более 0,074 мм, расфасованный в полиэтиленовые пакеты по 100г, запаянные и снабженные этикеткой. Стандартный образец изготовлен из хвостов отвальных, полученных при обогащении медной руды.

НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля элементов, в процентах, (Re, Ag в млн⁻¹, г/т) (в расчете на материал, высушенный при 105⁰С):

Наименование компонента	Аттестованное значение в процентах (Re, Ag в млн ⁻¹ , г/т)	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения при P=0,95, ±Δ, в процентах (Re, Ag в млн ⁻¹ , г/т)
Медь	0,1225	0,0031
Цинк	0,021	0,002
Свинец	0,016	0,001
Серебро	2,56	0,15
Рений	0,59	0,08

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 40 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки.

РАЗРАБОТЧИК: - ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг аналит», (ЗАО «РАЦ МИА»),
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг аналит», (ЗАО «РАЦ МИА»),
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ Ф.В.Булыгин
подпись расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2013 г.