

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ЦИНКОВОГО КОНЦЕНТРАТА

ГСО 6274-91

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства:

- техническое задание, утвержденное в 1990г;
- изменения №1 к техническому заданию, утвержденные в 2013г.

ФОРМА ВЫПУСКА – единичное производство.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА, ДАТА ВЫПУСКА: экземпляры № 1 - № 50, декабрь 1991 г.

Назначение: аттестация методик измерений при определении состава концентратов цинковых химическими, физическими и физико-химическими методами анализа, контроль точности методик измерений.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** вне сферы государственного регулирования;
- **область применения:** металлургия, геология.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение СО:

- **на методы измерений (анализа, испытаний):** ГОСТ 14048.1-93, ГОСТ 14048.3-78, ГОСТ 14048.13-82, ГОСТ 25363-82, аттестованные методики измерений.

ОПИСАНИЕ: материал СО представляет собой порошок с крупностью частиц не более 0,074 мм, расфасованный в полиэтиленовые пакеты по 100г, запаянные и снабженные этикеткой. Стандартный образец изготовлен из цинкового концентрата, полученного при обогащении полиметаллической руды.

НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля элементов, в процентах, (Re, Ag в млн⁻¹, г/т) (в расчете на материал, высушенный при 105⁰ С):

Наименование компонента	Аттестованное значение в процентах (Re, Ag в млн ⁻¹ , г/т)	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения при P=0,95, ±Δ в процентах (Re, Ag в млн ⁻¹ , г/т)
Медь	3,84	0,08
Цинк	41,15	0,52
Свинец	1,57	0,05
Серебро	65,8	3,4
Рений	27,85	2,78

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 60 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки.

РАЗРАБОТЧИК: - ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг аналит», (ЗАО «РАЦ МИА»),
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг аналит», (ЗАО «РАЦ МИА»),
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись

Ф.В.Булыгин
расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2013 г.