

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Директор Головного
органа ГССО
В.В.Леонов

« 14



2003 г.

Стандартный образец состава
концентрата ниобиевого

ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР
УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 6056-91

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: по ТЗ, утвержденному 25.06.1990 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ГСО предназначен для контроля правильности результатов анализа ниобиевого концентрата по ГОСТ 25702.0-83, ГОСТ 25702.11-83, ГОСТ 25702.14-83, ГОСТ 25702.15-83, ГОСТ 25702.7-83, ГОСТ 25702.9-83 и других НД на методы анализа ниобиевого концентрата.

Область применения: СО применяется в горнодобывающей промышленности и цветной металлургии.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО: ГОСТ 25702.0-83, ГОСТ 25702.11-83, ГОСТ 25702.14-83, ГОСТ 25702.15-83, ГОСТ 25702.7-83, ГОСТ 25702.9-83.

ОПИСАНИЕ: СО состава концентрата ниобиевого представляет собой порошок с размером частиц не более 0,071 мм. Материал СО расфасован в стеклянные банки вместимостью 1 дм³ с герметичными крышками.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Аттестованная характеристика СО	Аттестованное значение СО	Погрешность аттестованного значения СО, Р=0,95
Массовая доля суммы пятиокси ниобия и тантала, %	39,3	0,2
Массовая доля двуокись кремния, %	11,4	0,2
Массовая доля двуокись титана, %	10,2	0,2
Массовая доля фосфора, %	0,07	0,01
Массовая доля серы, %	0,18	0,01

Срок годности экземпляра СО: не ограничен.

РАЗРАБОТЧИКИ СО: ФГУП «УНИИМ», 620000, г. Екатеринбург, ГСП-824, ул. Красноармейская, 4;
ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат», 456825, Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Ленина, 61.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат», 456825, Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Ленина, 61.

Зам. директора УНИИМ



И.Е.Добровинский

Зам. генерального директора
ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат»



В.Г.Новиков

Сержант