
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МОЛИБДЕНОВОГО РУДЫ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОЙ

ГСО 5914-91

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: техническое задание, утвержденное в 1989г.

ФОРМА ВЫПУСКА – единичное производство.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: экземпляры 1–300, декабрь 1990 г.

Назначение: аттестация методик измерений при определении состава концентратов молибденовых химическими, физическими и физико-химическими методами анализа, контроль погрешностей методик измерений.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** СО используются вне сферы государственного регулирования;
- **область применения:** металлургия, обогащение, геология.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение СО:

- **на методики (методы) измерений (анализа, испытаний):** ГОСТ 2082.1-81, ГОСТ 2082.3-81, ГОСТ 2082.4-81, ГОСТ 2082.5-81, ГОСТ 2082.7-81, ГОСТ 2082.8-81, ГОСТ 2082.12-81, ГОСТ 2082.16-81, ГОСТ 2082.17-81, аттестованные методики измерений, инструкция по применению.

ОПИСАНИЕ: материал СО представляет собой порошок отмытого по ГОСТ 2082.2-81 материала молибденового концентрата медно-молибденовой руды, расфасованный в полиэтиленовые пакеты по 100 г, запаянные и снабженные этикеткой.

НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля компонентов, в процентах, (Re, Os- в г/т).

Таблица 1 – Нормируемые метрологические характеристики.

Наименование компонента	Аттестованное значение в процентах, (Re, Os- в г/т)	Абсолютная погрешность аттестованного значения при $P=0,95$, в процентах, (Re, Os- в г/т)
Медь	0,388	0,011
Цинк	0,017	0,002
Свинец	0,077	0,005
Молибден	49,76	0,29
Сера	35,28	0,32
Оксид фосфора	0,028	0,003
Оксид кремния	7,27	0,14
Мышьяк	0,027	0,003
Рений	221,1	5,4
Осмий	0,055	0,010

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: не ограничен.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки СО утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр
инжиниринг аналит» (ЗАО «РАЦ МИА»).
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр
инжиниринг аналит» (ЗАО «РАЦ МИА»).
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись

Е.Р.Петросян
расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2011 г.