


Описание типа ГСО



СОГЛАСОВАНО

Зам. директора

Уполномоченного органа ГССО

С.В. Медведевских

«24» 12 2009

**Стандартный образец состава
стали легированной типа
Св-04Х19Н9 (29С5)**

**ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ ГСО**

Регистрационный номер ГСО 5192-90

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: техническое задание, утверждённое 22.06.1989; изменение к техническому заданию, утверждённое 20.08.2009; единичное повторяющееся производство.

Номер и дата выпуска партии ГСО 29С5 – декабрь 1989 г.

Назначение и область применения: Стандартный образец предназначен для измерения массовой доли азота при аттестации стандартных образцов состава сталей (ГОСТ 2246-70) методом сравнения.

Область применения: металлургия.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): СТП-ИСО-9-94; методики КХА на определение массовой доли азота в сталях НДИ МХ-0120-98 (№ ФР.1.31.2007.03709), НДИ МХ-0039-97 (№ ФР.1.31.2006.02766).

Описание: материал СО изготовлен из стали легированной типа Св-04Х19Н9 в виде неокисленной стружки скалывания толщиной не более 0,4 мм; материал расфасован в склянки по 250 г.

Нормированные метрологические характеристики:

Аттестуемая характеристика - массовая доля азота (в процентах) должна находиться в диапазоне от 0,20 до 0,30;

Границы допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО (в процентах) при доверительной вероятности 0,95 должны находиться в диапазоне: 0,002 - 0,003.

Срок годности экземпляра СО: не ограничен.

Разработчик и изготовитель СО:

Закрывое акционерное общество «Институт стандартных образцов» (ЗАО «ИСО»)
620057, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, 138

Директор ЗАО «ИСО»



Степановских

Воски