

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Головного
органа ГССО


И.Е.Добровинский.
17 февраля 2000 г.

Стандартный образец состава руды
плавиковошпатовой карбонатной
(ПШР-К-34)

ВНЕСЕН в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 5132-89

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Партия ПШР-К-34 выпущена в 1989 году на основании
технического задания, утвержденного 01.08.88 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартный образец предназначен для контроля погрешностей методик
выполнения измерений (МВИ), применяемых при определении состава руд
плавиковошпатовых карбонатных. Погрешности результатов анализов МВИ должны не
менее чем втрое превышать значения погрешностей соответствующих аттестованных
значений стандартного образца.

Область применения: металлургия, научные исследования.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО

на методы измерений (анализа): ГОСТ 7619.0-81, ГОСТ 7619.3-81; Инструкция по
применению ГСО; Инструкции предприятий на методы определения содержания
аттестованных компонентов.

ОПИСАНИЕ Материал СО приготовлен из плавиковошпатовой руды Вознесенского
месторождения Приморского края в виде порошка крупностью не более 0,063 мм.

Материал расфасован в склянки по 100,0 г.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика - массовая доля элементов, в процентах (в расчете на материал, высушенный при 105 ± 2 °C):

Кальций фтористый	32,69
Кальций углекислый	11,75

Границы допускаемых значений абсолютных погрешностей аттестованных значений СО в процентах при доверительной вероятности 0,95:


Кальций фтористый	0,09
Кальций углекислый	0,16

Срок годности экземпляра СО: 16 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО: Исследовательский центр металлургических технологий и сертификации ОАО "Сибцветметниипроект", 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 4 а.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Исследовательский центр металлургических технологий и сертификации ОАО "Сибцветметниипроект", 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 4 а

Директор ИЦ МТиС
ОАО "Сибцветметниипроект"



Ю.В.Беляев

