
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ПЕСТИЦИДА КАРБОФОСА

ГСО 5081-89

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства:

- техническое задание, утвержденное 01.03.1988 г.
- техническое задание (изменение № 1), утвержденное 11.01.2001 г;
- техническое задание (изменение № 2), утвержденное 16.11.2005 г;
- лабораторный регламент получения СО.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: серийное производство периодически повторяющимися партиями

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: партия № 008, март 2011 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для градуировки хроматографов, аттестации и контроля погрешностей методик измерений содержания карбофоса в технических пестицидах и препаратах на его основе, в продуктах питания и пищевом сырье, в объектах окружающей среды.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям;
- **область применения:** охрана окружающей среды, санэпиднадзор, испытания и контроль качества продукции, пищевая промышленность, производство минеральных удобрений.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

- **на методы измерений (анализа, испытаний):**

МУ 4362-87, МУ 4994-89, МУ 5011-89, ТУ 2387-018-45418518-2000

ОПИСАНИЕ: стандартный образец представляет собой бесцветное или желтоватое масло, расфасованное по 0.25, 0.5 или 1.0 г в запаянные ампулы.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля (%) карбофоса - О,О-диметил- S- [1,2-бис (карбэтокси) этил] дитиофосфата.

Интервал допускаемых аттестованных значений: 98,0-99,8%

Границы допускаемых значений абсолютной погрешности при доверительной вероятности 0.95: 2,0%

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 1 год

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в левом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - Научно-производственный кооператив "БЛОК-1"(НПК "БЛОК-1")
ул. Угрешская, 31, г. Москва, 115088

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - Научно-производственный кооператив "БЛОК-1"(НПК "БЛОК-1")
ул. Угрешская, 31, г. Москва, 115088

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ В.Н. Крутиков
подпись расшифровка подписи

М.п. «__» _____ 2011 г.