

Приложение к сертификату № 2912
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главного
органа ГСО
С.В. Медведевских
« 2006 г

Стандартный образец
состава сплава
алюминиевого типа АМг6

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ
ТИПОВ ГСО

Признан в качестве
МСО 1260:2005

Регистрационный номер
ГСО 4436-88

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Партия СО выпущена на основании технического задания, утвержденного 22.07.87 г., в форме единичного выпуска.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: июнь 1988 года.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СО предназначен для метрологической аттестации методик выполнения измерений (МВИ); для контроля погрешностей МВИ, применяемых при определении состава сплава алюминиевого типа АМг6 (ГОСТ 4784-97).

Область применения СО – металлургия и машиностроение.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа) - ГОСТ 25086-87, ГОСТ 11739.6-99, ГОСТ 11739.7-99, ГОСТ 11739.11-98, ГОСТ 11739.12-98, ГОСТ 11739.20-99, ГОСТ 11739.24-98.

ОПИСАНИЕ: СО изготовлен из сплава алюминиевого типа АМг6 в виде гранул с размером частиц от 1,0 мм до 2,0 мм, расфасованных по 100 г в склянки с пластмассовыми пробками.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованное значение СО – массовая доля элементов, в процентах:

Fe - 0,062	Mn - 1,02
Si - 0,061	Ti - 0,100
Mg - 6,55	Zn - 0,017

Абсолютная погрешность аттестованного значения СО, в процентах, при доверительной вероятности 0,95:

Fe - 0,003	Мп - 0,02
Si - 0,003	Ti - 0,004
Mg - 0,04	Zn - 0,001

Срок годности экземпляра СО: не ограничен

РАЗРАБОТЧИК СО: Открытое акционерное общество «Всероссийский институт легких сплавов», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Открытое акционерное общество «Всероссийский институт легких сплавов», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2.

Директор по науке, технологии и качеству

Е.Б. Качанов

