

Приложение к сертификату № 0916

(обязательное)

### ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартные образцы влажности  
зерна (комплект ВЗ)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО  
Регистрационный номер  
ГСО 4334 - 89 / 4336 - 89

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО:

Техническое задание, утвержденное в июле 1986 г.

Форма выпуска : единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ГСО: Комплект № 1. Дата выпуска май 1989 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стандартные образцы предназначены для поверки лабораторных, полевых и поточных  
дизельметрических (емкостных) влагомеров зерна.

Область применения:

Сельское хозяйство, государственный метрологический контроль и надзор.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:

на методы поверки:

ГОСТ 8.480-82;

ГОСТ 29027-91;

МИ 1970-89 «Рекомендация. ГСИ. Влагомеры зерна дизельметрические. Методика поверки»

**ОПИСАНИЕ:**

Стандартные образцы представляют собой гранулы, изготовленные на основе полимерных компаундов цилиндрической формы с габаритными размерами: высота (2,0...5,0) мм, диаметром (1...4) мм или сферической формы с диаметром (1...4) мм.

В комплект поставки входят три типа СО, отличающихся по цвету.

Стандартные образцы расфасовываются в полиэтиленовые банки или пакеты массой, соответствующей массе пробы вещества, измеряемого на влагомере.

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Аттестуемая характеристика:

Имитируемая влажность зерна, в процентах

Номер ГСО	Интервал допускаемых аттестованных значений СО, в процентах	Границы допускаемых значений абсолютных погрешностей аттестованных значений СО при $P=0,95$ , в процентах
4334 - 89	от 8,0 до 12,0	0,2
4335 - 89	от 12,0 до 20,0	0,2
4336 - 89	от 20,0 до 35,0	0,2

Срок годности экземпляра СО или периодичность контроля. Периодичность аттестации 1 раз в год во ФГУП «УНИИМ».

**РАЗРАБОТЧИК СО:**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»),  
620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

ФГУП «УНИИМ», 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4.

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»



И.Е. Добровинский

*Зур*