

Описание типа ГСО



СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
Головного органа ГССО

И.Е. Добровинский

сентября 2001 г.
М.П.

Стандартный образец состава
стали легированной типа
35Г (35С6)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ СО

Регистрационный номер ГСО 4118-87

Выпускается по НД: Техническое задание, утверждённое 15.12.86, изменения к техническому заданию, утверждённые 23.04.97, 02.07.01.

Назначение и область применения: Стандартный образец предназначен для измерения массовой доли ванадия при аттестации стандартных образцов состава сталей (ГОСТ 4543-71) методом сравнения в диапазоне от 0,004 до 0,02%.

Область применения: металлургия.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): СТП-ИСО-9-94; методики КХА на определение массовой доли ванадия в сталях НДИ МХ-0008-97, НДИ МХ-0221-99 (по отраслевому реестру ЗАО "ИСО").

Описание: материал СО изготовлен из стали легированной типа 35Г в виде неокисленной стружки скалывания толщиной не более 0,4 мм; материал расфасован по 300 г в склянки.

Нормированные метрологические характеристики:

Аттестуемая характеристика - массовая доля ванадия (в процентах) должна находиться в диапазоне от 0,006 до 0,008.

Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО (в процентах) при доверительной вероятности 0,95: $\pm 0,0006$.

Срок годности экземпляра СО: 30 лет


Разработчик СО:

Закрытое акционерное общество "Институт стандартных образцов"
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Изготовитель СО:

Закрытое акционерное общество "Институт стандартных образцов"
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Директор ЗАО "Институт стандартных образцов"



И.М. Кузьмин