

Описание типа ГСО

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель директора
Государственного органа ГССО

И.Е. Добровинский
28 сентября 2001 г.



**Стандартный образец состава
стали легированной
типа 12X18Н9Т (33С6)**

**ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ СО**

Регистрационный номер ГСО 4105-87

Выпускается по НД: Техническое задание, утверждённое 15.12.86; изменения к техническому заданию, утверждённые 23.01.97, 02.04.01.

Назначение и область применения: Стандартный образец предназначен для измерения массовой доли титана при аттестации стандартных образцов состава сталей (ГОСТ 5632-72) методом сравнения в диапазоне от 0,15 до 1,5%.

Область применения: металлургия.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): СТП-ИСО-9-94; методики КХА на определение массовой доли титана в сталях НДИ МХ-0019-97, НДИ МХ-0138-98 (по отраслевому реестру ЗАО "ИСО").

Описание: материал СО изготовлен из стали легированной типа 12X18Н9Т в виде неокисленной стружки скалывания толщиной не более 0,4 мм; материал расфасован по 200 г в склянки.

Нормированные метрологические характеристики:

Аттестуемая характеристика - массовая доля титана (в процентах) должна находиться в диапазоне от 0,4 до 0,5;

Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО (в процентах) при доверительной вероятности 0,95: $\pm 0,008$.

Срок годности экземпляра СО: 20 лет.


Разработчик СО:

Закрытое акционерное общество "Институт стандартных образцов"
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Изготовитель СО:

Закрытое акционерное общество "Институт стандартных образцов"
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Директор ЗАО "Институт стандартных образцов"



И.М. Кузьмин

Сидор