

Приложение к сертификату № 1452

(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОБЛАЗОВАНО:



Директор ФГБУ «ВНИИИМ»

В.В. Леонов

2006 г.

Стандартные образцы влажности
кормов (комплект ВК)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер
ГСО 2830-83 / 2832-83

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО :

Техническое задание, утвержденное в 28.07.81 г.

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ГСО: Комплект № 16. Дата выпуска: июнь 1985 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стандартные образцы предназначены для поверки диэлькометрических влагомеров кормов растительных, имеющих основную абсолютную погрешность 2 - 4 % и выпускаемых по ГОСТ 29027-91.

Область применения:

Сельское хозяйство, государственный метрологический контроль и надзор.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методы поверки:

МИ 1611-87 «ГСИ. Влагомеры диэлькометрические сельскохозяйственных кормов. Методика поверки»

ОПИСАНИЕ:

Стандартные образцы представляют собой гранулы, изготовленные на основе полимерных компаундов цилиндрической формы с габаритными размерами: высотой $(3,5 \pm 0,6)$ мм, диаметром $(8,0 \pm 0,8)$ мм, желтого, стального и черного цветов, соответственно интервалам аттестованных значений СО.

Стандартные образцы расфасовываются в полиэтиленовые банки или пакеты массой, соответствующей массе пробы веществ измеряемого на влагомере.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика:

Имитируемая влажность кормов, в процентах

Номер ГСО	Интервал допускаемых аттестованных значений СО, в процентах	Границы допускаемых значений абсолютных погрешностей аттестованных значений СО при $P=0,95$, в процентах
2830-83	от 10 до 21	0,7
2831-83	от 21 до 50	0,7
2832-83	от 50 до 70	1,0

Срок годности экземпляра СО или периодичность контроля. Периодичность аттестации 1 раз в год во ФГУП «УНИИМ».

РАЗРАБОТЧИК СО:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ФГУП «УНИИМ», 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4.

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»



С.В. Медведевских

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]