

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

Дата: 13.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5790-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СИЛЬВИНИТА СТАРОБИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Назначение СО:

СО предназначен для метрологической аттестации методик выполнения измерений (МВИ) состава сильвинита и контроля погрешностей МВИ применяемых при определении состава сильвинита.

Область применения: охрана природы, экологический мониторинг, геология, сельское хозяйство, химическая промышленность.

Номер свидетельства (сертификата): 1733

Действителен до: 15.05.2006

Описание СО:

материалом СО является порошок красновато-белого цвета с крупностью частиц не менее 0.25 мм и представляет собой сильвинит Старобинского месторождения, выпускаемый по ТУ 113-13-6-88, расфасованный в полиэтиленовые банки вместимостью 150 см³ с плотно закрывающимися крышками по 100 г

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и): ОАО "ГАЛУРГИЯ"

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 15 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля калия в пересчете на K₂O, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности ±Δ*	***
01	К в пересчете на K ₂ O	16.94	%	<0.06	A

* при доверительной вероятности 0,95;

*** A - абсолютная, O - относительная.