

Приложение к сертификату № 0804
(обязательное)



СОГЛАСОВАНО
Зам. директора ГП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева»
В.С. Александров
» 1999г.

Государственный
стандартный образец
плотности жидкости

РЭП-6

Регистрационный номер 7587-99
ВЗАМЕН НОМЕРА _____

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД : в соответствии с ТУ ХД 2.842.002.

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Государственный стандартный образец плотности жидкости РЭП-6 в соответствии с ГОСТ 8.024 применяется в качестве рабочего эталона единицы плотности 1-го разряда и предназначен для поверки, градуировки и калибровки средств измерений плотности; аттестации методик выполнения измерений и контроля показателей точности результатов измерений плотности жидкостей (в том числе нефти и нефтепродуктов).

Государственный стандартный образец РЭП-6 применяется в химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, парфюмерной, строительной и других отраслях промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО (основные НД в т.ч. международные):

на методы поверки (калибровки), градуировки СИ плотности:

ГОСТ 8.024-99 «Государственная поверочная схема для средств измерения плотности».

МИ 1914-88 «Ареометры стеклянные. Методика поверки».

МИ 1288-86 «МУ. Ареометры общего назначения образцовые 2-го разряда. Методика поверки.».

РД 50-294-81 «МУ. Плотнометры вибрационные. Методы и средства поверки.».

МИ 1319-86 « МУ.ГСИ. Датчики плотности «Солартрон» типа 7830. Методика поверки.».

МИ 1961-89 «Рекомендация по метрологии. ГСИ. Преобразователи измерительные плотности. Методика поверки.».

ОПИСАНИЕ: ГСО РЭП-6 Государственный стандартный образец плотности изготавливается из индустриального масла общего назначения И-50 по ГОСТ 20799 и трансформаторного масла по ГОСТ 982, расфасовывается в стеклянные ампулы из химически стойкого стекла вместимостью 5 см³ или герметично закрывающийся флакон из темного стекла вместимостью 100, 250, 500 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики	Интервал допускаемых аттестованных значений ГСО	Абсолютная погрешность аттестованного значения при P=0,95,
Плотность, кг/м ³	881,00...899,00	± 0,05

Плотность измерена при температуре (20 ±0,01)⁰ С

Срок годности экземпляра ГСО – 1 год.


РАЗРАБОТЧИК ГСО

ГП «ВНИИМ им .Д.И.Менделеева»
198005, г. Санкт- Петербург,
Московский пр., 19
Тел: (812) 259-10-58
Факс: (812) 113-01-14

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО

АО «ЭКРОС»
199106, г. Санкт- Петербург,
Среднегаванский пр., д. 9
Тел: (812) 356-90-94, (812) 325-38-83
Факс: (812) 325-38-77

Руководитель лаборатории
ГП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»



Н.Г. Домостроева