

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора

Головного органа ГССО

И.Е. Добровинский

“ 22 ” 10 2003 г.

МП

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ
ОБРАЗЕЦ СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ
КАМЕННОГО МАРКИ Ж (СО-25)**

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**

Регистрационный номер ГСО **8438-2003**

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: партия СО выпущена по техническому заданию, утвержденному в январе 2003г., форма выпуска единичное производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №1. Дата выпуска: июнь 2003 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стандартный образец предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава и свойств угля.

Область применения: геология, охрана окружающей среды, угольная промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методы измерений:

ГОСТ 147-95; ГОСТ 6382-2001; ГОСТ 8606-93; ГОСТ 11022-95.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из природного каменного угля марки Ж (ГОСТ 25543-88) в виде порошка фракции 0,2 мм, расфасованного по 50 г в герметичные полиэтиленовые флаконы.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№№ п/п	Аттестованная характеристика	Обозначение единицы физической величины.	Аттестованное значение СО	Абсолютная погрешность* аттестованного значения СО при P=0,95
1	Массовая доля серы общей (S_t^d)	%	0,25	0,02
2	Зольность (A^d)	%	17,77	0,09
3	Выход летучих веществ (V^{daf})	%	35,47	0,17
4	Высшая теплота сгорания (Q_s^{daf})	МДж/кг	35,66	0,06

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

**РАЗРАБОТЧИК И
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:**

ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр»
Россия 654005 Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 9

ДИРЕКТОР ОАО «ЗСИЦентр»

А.Н. Чиркин

Чир