

Описание типа ГСО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

Головного органа ГССО

И.Е. Добровинский

“30 ” 06 2000

М.П.

**Стандартный образец состава
чугуна типа ПВКЗ (10Ч1)**

**ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ СО**

Регистрационный номер ГСО 1315-82П

Выпускается по НД: Техническое задание, утверждённое 08.12.81; изменение к техническому заданию, утверждённое 03.04.00.

Назначение и область применения: Стандартный образец предназначен для измерения массовой доли кремния при аттестации стандартных образцов состава чугунов (ГОСТ 805-95) методом сравнения в диапазоне от 0,10 до 0,7%.

Область применения: металлургия.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): СТП-ИСО-9-94; методики КХА на определение массовой доли кремния в чугунах НДИ МХ-0009-97, НДИ МХ-0146-98 (по отраслевому реестру ЗАО “ИСО”).

Описание: материал СО изготовлен из чугуна типа ПВКЗ в виде неокисленной стружки скалывания толщиной не более 0,4 мм; материал расфасован по 250 г в склянки.

Нормированные метрологические характеристики:

Аттестуемая характеристика - массовая доля кремния (в процентах) должна находиться в диапазоне от 0,2 до 0,3;

Границы допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО (в процентах) при доверительной вероятности 0,95: 0,004 - 0,005.

Срок годности экземпляра СО: 30 лет.


Разработчик СО:

Закрытое акционерное общество “Институт стандартных образцов”
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Изготовитель СО:

Закрытое акционерное общество “Институт стандартных образцов”
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Директор ЗАО “ИСО”



И.М. Кузьмин