

Описание типа ГСО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
Главного органа ГССО



И.Е. Добровинский

27 сентября 2001 г.

**Стандартный образец состава
окатышей железованадиевых
(8P2)**

**ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ СО**

Регистрационный номер ГСО 1661-83П

Выпускается по НД: Техническое задание, утверждённое 10.03.82; изменение к техническому заданию, утверждённое 02.07.01.

Назначение и область применения: Стандартный образец предназначен для измерения массовой доли оксида ванадия (V) при аттестации стандартных образцов состава железорудного сырья (ТУ 14-00186933-002-93 “Окатыши железованадиевые Качканарского ГОКа”) методом сравнения в диапазоне от 0,2 до 2%.

Область применения: металлургия.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): СТП-ИСО-9-94; методика КХА на определение массовой доли оксида ванадия (V) в железорудном сырье НДИ МХ-0062-97 (по отраслевому реестру ЗАО “ИСО”).

Описание: материал СО изготовлен из окатышей железованадиевых в виде порошка крупностью менее 0,16 мм; материал расфасован по 200 г в склянки.

Нормированные метрологические характеристики:

Аттестуемая характеристика - массовая доля оксида ванадия (V) (в процентах) должна находиться в диапазоне от 0,4 до 1,0;

Границы допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО (в процентах) при доверительной вероятности 0,95: 0,015 - 0,021.

Срок годности экземпляра СО: 30 лет.

Разработчик СО:

Закрытое акционерное общество “Институт стандартных образцов”
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Изготовитель СО:

Закрытое акционерное общество “Институт стандартных образцов”
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Директор ЗАО “Институт стандартных образцов”



И.М. Кузьмин

Сидя