


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

Головного органа ГССО



И.Е. Добровинский

“30” 06/11 2000

М.П.

**Стандартный образец состава
стали легированной типа
Р6М5 (30С4)**

**ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ СО**

Регистрационный номер ГСО 2173-82П

Выпускается по НД: Техническое задание, утверждённое 30.11.81; изменение к техническому заданию, утверждённое 03.04.00.

Назначение и область применения: Стандартный образец предназначен для измерения массовой доли кобальта при аттестации стандартных образцов сталей легированных (ГОСТ 19265-73) методом сравнения в диапазоне от 0,21 до 0,7%.

Область применения: металлургия.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): СТП-ИСО-9-94; методика КХА на определение массовой доли кобальта в сталях НДИ МХ-0187-99 (по отраслевому реестру ЗАО “ИСО”).

Описание: материал СО изготовлен из стали легированной типа Р6М5 в виде неокисленной стружки скалывания толщиной не более 0,4 мм; материал расфасован по 300 г в склянки.

Нормированные метрологические характеристики:

Аттестуемая характеристика - массовая доля кобальта (в процентах) должна находиться в диапазоне от 0,21 до 0,30;

Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО (в процентах) при доверительной вероятности $0,95: \pm 0,008$.

Срок годности экземпляра СО: 30 лет.

Разработчик СО:

Закрытое акционерное общество “Институт стандартных образцов”
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Изготовитель СО:

Закрытое акционерное общество “Институт стандартных образцов”
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Директор ЗАО “ИСО”



И.М. Кузьмин

