

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
Головного органа ГССО



М.П.

**Стандартный образец состава
чугуна типа ЧХЗ (15Ч1)**

**ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ СО**

Регистрационный номер ГСО 2451-82

Выпускается по НД: Техническое задание, утверждённое 03.07.81; изменение к техническому заданию, утверждённое 02.04.01.

Назначение и область применения: Стандартный образец предназначен для измерения массовой доли кобальта при аттестации стандартных образцов состава чугунов (ГОСТ 7769-82)) методом сравнения в диапазоне от 0,1 до 0,7%.

Область применения: металлургия.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): СТП-ИСО-9-94; методика КХА на определение массовой доли кобальта в сталях НДИ МХ-0187-99 (по отраслевому реестру ЗАО "ИСО").

Описание: материал СО изготовлен из чугуна типа ЧХЗ в виде неокисленной стружки скалывания толщиной не более 0,4 мм; материал расфасован по 150 г в склянки.

Нормированные метрологические характеристики:

Аттестуемая характеристика - массовая доля кобальта (в процентах) должна находиться в диапазоне от 0,2 до 0,3;

Границы допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО (в процентах) при доверительной вероятности 0,95: 0,005 - 0,007.

Срок годности экземпляра СО: 30 лет.


Разработчик СО:

Закрытое акционерное общество "Институт стандартных образцов"
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Изготовитель СО:

Закрытое акционерное общество "Институт стандартных образцов"
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Директор ЗАО "Институт стандартных образцов"



И.М. Кузьмин

Куз