

Описание типа ГСО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
Главного органа ГССО


И.Е. Добровинский
28 сентября 2001 г.
м.п.

**Стандартный образец состава
концентрата железорудного
(14РЗ)**

**ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ СО**

Регистрационный номер ГСО **2805-83**

Выпускается по НД: Техническое задание, утверждённое 30.09.82; изменение к техническому заданию, утверждённое 13.07.01.

Назначение и область применения: Стандартный образец предназначен для измерения массовой доли оксида алюминия при аттестации стандартных образцов состава железорудного сырья (ТУ 0712-030-00186803 Концентрат железорудный. АО “Лебединский ГОК”) методом сравнения в диапазоне от 0,2 до 0,8%.

Область применения: металлургия.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): СТП-ИСО-9-94; методика КХА на определение массовой доли оксида алюминия в железорудном сырье НДИ МХ-0266-00 (по отраслевому реестру ЗАО “ИСО”).

Описание: материал СО изготовлен из концентрата железорудного в виде порошка крупностью менее 0,071 мм; материал расфасован по 200 г в склянки.

Нормированные метрологические характеристики:

Аттестуемая характеристика - массовая доля оксида алюминия (в процентах) должна находиться в диапазоне от 0,2 до 0,3;

Границы допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО (в процентах) при доверительной вероятности 0,95: 0,009 - 0,015.

Срок годности экземпляра СО: 30 лет.

Разработчик СО:


Закрытое акционерное общество “Институт стандартных образцов”
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Изготовитель СО:

Закрытое акционерное общество “Институт стандартных образцов”
620219, г. Екатеринбург, ГСП-784, пр. Ленина, 101, корп. 2

Директор ЗАО “Институт стандартных образцов”

И.М. Кузьмин



Сид