

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Главного органа ГССО
И.Е. Добровинский
« 09 » февраля 2001 г.
М.П.



Стандартные образцы
давления насыщенных паров
газожидкостной равновесной системы
(углеводороды)

набор ДНП

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер
ГСО 4093-87...4096-87

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: ТУ 38.401747-89 на разовые партии СО давления насыщенных паров газожидкостной равновесной системы (углеводороды), утвержденные 07.06.1989 г. с изменениями № 1 утвержденными 20.12.2000 г.

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартные образцы предназначены для контроля погрешностей методик выполнения измерений давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов. Область применения: нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа): ГОСТ 1756-52 (метод Д), ASTM D 323, инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартные образцы представляют собой жидкие углеводороды, упакованные в запаянные стеклянные ампулы или стеклянные склянки с навинчивающимися крышками по четыре типа ГСО в наборе. Расфасовка – стеклянные ампулы или стеклянные склянки с навинчивающимися крышками вместимостью 150 см³ по 130 см³ исследуемого образца.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – давление насыщенных паров.

Индекс и номер СО		Интервал допускаяемых аттестованных значений (при 38 °С)				Границы допускаемых значений абсолютной погрешности при P = 0,95, кПа
4093-87	ДНП-1	от	2,5	до	5,0 кПа	0,7
4094-87	ДНП-2	от	10,0	до	13,0 кПа	1,0
4095-87	ДНП-3	от	32,0	до	38,0 кПа	1,0
4096-87	ДНП-4	от	105,0	до	110,0 кПа	1,0

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО

Автономная некоммерческая организация
научно-производственное объединение
по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции
на основе стандартных образцов
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

450075, г. Уфа,
Проспект Октября 149

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт
по переработке нефти»
ОАО «ВНИИНП»

111116: г. Москва,
ул. Авиамоторная 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО

Автономная некоммерческая организация
научно-производственное объединение
по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции
на основе стандартных образцов
АНО НПО «ИНТЕГРСО»

450075, г. Уфа,
Проспект Октября 149

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт
по переработке нефти»
ОАО «ВНИИНП»

111116: г. Москва,
ул. Авиамоторная 6

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИНП»



Каминский Э.Ф.

Куп