

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Главного органа ГССО
И.Е.Добровинский
1999 г.

Государственный стандартный
образец состава нативного препарата
микобактерий штамма *Smeigma*
(СОНП- S)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 7066-93

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утвержденное 04.03.93, инструкция по
приготовлению и аттестации СО, утверждена 14. 05. 99 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: контроль погрешности методик выполнения
измерений.

Область применения - здравоохранение

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО:

Унифицированные методики выполнения измерений прямой бактериоскопии мазков проб
биологических материалов с окраской по Циль-Нильсену и с окраской люминесцентными
красителями, утвержденные Приказом № 558 МЗ СССР 08.06.78 г. (методики выполнения
измерений аттестованы и утверждены директором СООФП).

Контроль погрешности методик выполнения измерений осуществляется в соответствии с
инструкцией по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой препарат микобактерий штамма *Smeigma*,
нанесенный пипеточным дозатором в количестве 20 мкл тонким слоем на ограниченный участок
предметного стекла и зафиксированный над пламенем горелки. ГСО расфасованы в картонные
коробки размером 5×10×8 см с картонными ячейками. В каждой коробке упаковано по 10
экземпляров СО. Коробка имеет этикетку с указанием названия стандартного образца,
аттестованной характеристики, аттестованного значения, погрешности аттестованного значения,
срока годности экземпляра образца и даты выпуска.

Наименование аттестуемой характеристики	Обозначение единицы физи- ческой величины	Интервал допускаемых аттестованных значений	Границы допускаемой относительной погрешности, % при P=0.95
Количество микобактерий штамма <i>Smeigma</i> на ограниченном участке нативного препарата	шт/см ²	От 3 до 300 От 3 до 50 От 50 до 100 От 100 до 300	30 15 5

Срок годности экземпляра СО: 1.5 года.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Свердловское областное объединение «Фтизиопульмонология» (СООФП), 620000, г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 76.

Уральский научно-исследовательский институт метрологии (УНИИМ), 620219, Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Свердловское областное объединение «Фтизиопульмонология» (СООФП)



Директор Свердловского областного
объединения «Фтизиопульмонология»
СООФП
М.П.

Уральский НИИ метрологии
М.П.



А. -

О.Б.Нечаева

Leonov

В.В. Леонов

Башков 5.07.99

М. Башкович