

Приложение к сертификату № 1803
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
Главного органа ГССО

И.Е. Добровинский
«07» 06 2004 г.
М.П.

**Государственный стандартный
образец состава раствора ионов
рения(VII)**

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 7962-2001

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: Техническое задание, утвержденное 14.06.2000 г.,
форма выпуска – единичное повторяющееся производство.

Назначение и область применения:

Стандартный образец предназначен для контроля погрешностей МВИ, поверки, калибровки и градуировки средств измерений на предприятиях атомной энергетики, в лабораториях охраны окружающей среды и санэпиднадзора

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО:
Инструкция по применению ГСО

Описание: Материал СО приготовлен в виде раствора ионов рения (VII) в 5,0 %-ной азотной кислоте. Материал СО расфасован в стеклянные ампулы по 5 см³.

Нормированные метрологические характеристики: Аттестуемая характеристика СО - массовая доля ионов рения (VII). Интервал допускаемых значений аттестуемой характеристики от 0,950 до 1,050 мг/г.

Допускаемые значения относительной погрешности аттестованных значений СО для доверительной вероятности 0,95 – 3%.

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

Номер и дата выпуска партии ГСО: Партия № 1 выпущена в мае 2001 г.

Разработчики СО: ГНПМП «ИНСЕРТ», 620063, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 52, корпус 2а, ком. 313.

ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет – УПИ, 620002, г.Екатеринбург, ул.Мира, 19

Изготовитель СО: ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет – УПИ, 620002, г.Екатеринбург, ул.Мира, 19.

Проректор ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
по научной работе



Директор ГНПМП «ИНСЕРТ»



Handwritten signature and date: 21.04.01.