

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Головного органа

ГССО

«12» февраля 2001г.

И.Е.Добровинский



**Государственный стандартный
образец состава мела
конверсионного (ККХС1)**

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ
ТИПОВ ГСО**

Регистрационный номер ГСО 8083-94

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: партия ККХС1 выпущена в сентябре 1994г. на основании технического задания, утвержденного 13.03.91

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава мела конверсионного (ТУ 113-08-667-98).

Область применения: сельское хозяйство, геология.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:

- на методы измерений: ТУ 113-08-667-98, инструкция по применению ГСО, прилагаемая к Паспорту.

ОПИСАНИЕ: СО представляет собой высокодисперсный порошок белого цвета, расфасованный по 500 гр. в полиэтиленовые банки с крышками.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика - суммарная массовая доля карбоната кальция и карбоната магния в пересчете на CaCO_3 , в процентах (в пересчете на материал, высушенный при 105°C)

92,7

Граница допускаемого значения абсолютной погрешности, в процентах, при доверительной вероятности 0,95

0,4

Срок годности экземпляра СО 11 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО: Российская академия сельскохозяйственных наук.
Агрофизический научно-исследовательский институт
195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 14.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Российская академия сельскохозяйственных наук.
Агрофизический научно-исследовательский институт
195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 14

Директор Агрофизического
научно-исследовательского института



В.П.Якушев