


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Директор ФГУП "УНИИМ"

В.В.Леонов
"28" мая 2002 г.

Стандартный образец состава уксусного альдегида (СО ТВВ-1)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 8112-2002

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утвержденное 10.12.2001.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Градуировка газовых хроматографов и фотоэлектроколориметров при определении содержания токсичных микропримесей в водках и спирте этиловом; контроль погрешности методик выполнения измерений содержания токсичных микропримесей в водках и спирте этиловом; аттестация методик выполнения измерений.
Область применения – испытания пищевой продукции.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО: ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 5363-93.
ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой уксусный альдегид (ацетальдегид). Материал расфасован в запайные стеклянные ампулы по 10 см³.
НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Границы допускаемой абсолютной погрешности при Р=0,95
Массовая доля уксусного альдегида (ацетальдегида)	Свыше 98 %	± 2,0 %

Срок годности экземпляра ГСО: 5 лет.
РАЗРАБОТЧИКИ ГСО:
ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии" (ВНИИПБТ)
109033, Москва, Самокатная ул., 46
ФГУП "Уральский научно-исследовательский институт метрологии" (УНИИМ)
620219, Екатеринбург, Красноармейская, 4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО:
ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии" (ВНИИПБТ)
109033, Москва, ул. Самокатная, 46

Директор ГНУ "ВНИИПБТ"

В.А.Поляков

Зам. директор ФГУП "УНИИМ"

И.Е.Добровинский




27.03.02