


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец состава метилового эфира
уксусной кислоты (СО ТВВ-2)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 8113-2002

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утвержденное 10.12.2001.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Градуировка газовых хроматографов и фотоэлектро-
колориметров при определении содержания токсичных микропримесей в водках и спирте этиловом;
контроль погрешности методик выполнения измерений содержания токсичных микропримесей в
водках и спирте этиловом; аттестация методик выполнения измерений.
Область применения – испытания пищевой продукции.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:
ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 5363-93.

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат).
Материал расфасован в запайные стеклянные ампулы по 10 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Границы допускаемой абсолютной погрешности при P=0,95
Массовая доля метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	Свыше 98 %	± 2,0 %

Срок годности экземпляра ГСО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ ГСО:

ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии"
(ВНИИПБТ)
109033, Москва, Самокатная ул., 46

ФГУП "Уральский научно-исследовательский институт метрологии" (УНИИМ)
620219, Екатеринбург, Красноармейская, 4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО:

ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии"
(ВНИИПБТ)
109033, Москва, ул. Самокатная, 4-б

Директор ГНУ "ВНИИПБТ"



В.А.Поляков

Зам. директор ФГУП "УНИИМ"



М.П.

И.Е.Добровинский

22.03.02